



**АГРОПОЛИХИМ**

**ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

**ПРОТОКОЛ  
от изпитване  
№0625/09.09.2021**

Наименование: **NP 18:38+5S + 0,3Zn- EO TOP; „Агрополихим“ АД**

№ по ред	Наименование на характеристика	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването	Норма
1	2	3	4	5	6
1	Общ азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	18,2	18,0±1,1
2	Амонячен азот	%	БДС EN 15475:2009	18,2	18,0±1,1
3	Общ фосфор (като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2011	38,4	38,0±1,1
4	Фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат и вода (като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	БДС 14131:1988 Изм. №2 БДС EN15959:2011	38,4	38,0±1,1
5	Водоразтворим фосфор (като P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	БДС EN15958:2011 БДС EN15959:2011	35,4	мин.34,0
6	Съдържание на Сяра	%	БДС EN15960:2011 БДС EN 15749:2009 т.6	6,0	мин.5,0
7	Вода	%	БДС EN 13466-1:2003	2,0	макс.2,0
8	Съдържание на Цинк	%	БДС EN 16963:2018	0,32	0,3±0,06
9	Ситов анализ: фракция 1,0÷5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,9	мин.98,0

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които може да повлияят на валидността на резултатите.

**ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:** Добрева  
(фамилия, подпис)



**РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:** .....

(инж. Ив. Панайотова)  
(фамилия, подпис, печат)

**Агрополихим АД**  
Индустириална зона, Девня 9160, България  
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594  
office@agropolychim.bg  
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: [chemlab@agropolychim.bg](mailto:chemlab@agropolychim.bg)  
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: [panayotova@agropolychim.bg](mailto:panayotova@agropolychim.bg)