



**АГРОПОЛИХИМ**

**ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ**

**ПРОТОКОЛ  
от изпитване  
№0349/06.06.2022**

Описание на обекта за изпитване: **ТЕЧЕН АЗОТЕН TOP UAN + S; Агрополихим“ АД**

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването	Норми
1	2	3	4	5	6
1	Общ азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	28,2	28,0±0,6
2	Амонячен азот	%	БДС EN 15604:2009 Метод 8.2.5.3	8,5	8,8±0,6
3	Нитратен азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А БДС EN 15604:2009 Метод 8.2.6.4 БДС EN 15604:2009 Метод 8.2.5.3	7,0	6,4±0,6
4	Амиден азот	%	БДС EN 15604:2009 Метод 8.2.6.4	12,7	12,8±0,6
5	Сяра	%	БДС EN 15749 : 2009 т.7	4,90	5,00±0,36

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които може да повлияят на валидността на резултатите.

**ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:** Добрева  
(фамилия, подпис)

**РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:** .....



(Инж. Ив. Панайотова)  
(фамилия, подпис, печат)

**Агрополихим АД**  
Индустрална зона, Девня 9160, България  
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594  
office@agropolychim.bg  
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: [chemlab@agropolychim.bg](mailto:chemlab@agropolychim.bg)  
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: [i.panayotova@agropolychim.bg](mailto:i.panayotova@agropolychim.bg)