



АГРОПОЛИХИМ

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**ПРОТОКОЛ
от изпитване**

№ 906/03.10.2023

Описание на обекта за изпитване: **ТОР ТЕЧЕН АЗОТЕН – UAN**

Произход: „Агрополихим“ АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на характеристика	Единица за измерване	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Норма
1	2	3	4	6	7
1	Външен вид	-	Визуален	Прозрачна течност	Прозрачна течност
2	Общ азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	31,7	32,0±0,6
3	Амонячен азот	%	БДС EN 15604:2009 метод 8.2.5.3	7,9	8,0±0,6
4	Нитратен азот	%	БДС EN 15750:2009 Метод А БДС EN 15604:2009 метод 8.2.6.4 БДС EN 15604:2009 метод 8.2.5.3	7,9	8,0±0,6
5	Амиден азот	%	БДС EN 15604:2009 метод 8.2.6.4	15,9	16,0±0,6
6	Свободен амоняк	ppm	БДС 1378-77 т.3.3	< 100	макс. 1000

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които може да повлияят на валидността на резултатите.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Дикова
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:
(инж. Ив. Панайотова)
(фамилия, подпис, печат)



Агрополихим АД
Индустиална зона, Девня 9160, България
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: i.panayotova@agropolychim.bg