



АГРОПОЛИХИМ

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ
от изпитване

№ 1759/04.09.2024

Наименование: **МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (МАР)**

Произход: „ **Агрополихим** “АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването	Норма
1	2	3	4	5	6
1	Външен вид	-	Визуален	гранули със сив цвят	гранули със сив цвят
2	Общ Азот (N)	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	11,0	11,0±1,5
3	Амонячен Азот	%	БДС EN 15475:2009	11,0	11,0±1,5
4	Общ Фосфорен пентаоксид (P2O5)	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2024	51,9	52,0±1,5
5	Фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат	%	БДС EN15957:2011 БДС EN15959:2024	51,9	52,0±1,5
6	Фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим във вода	%	БДС EN15958:2011 БДС EN15959:2024	48,2	47,0±1,5
7	Съдържание на вода	%	БДС EN 13466-1:2003	1,57	макс.2,0
8	Зърнометричен състав: - фракция 1,0÷5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,9	мин.98,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Костова

(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. Ив. Панайотова
(фамилия, подпис, печат)



Агрополихим АД

Индустрална зона, Девня 9160, България
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: i.panayotova@agropolychim.bg