

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**ПРОТОКОЛ
от изпитване**

№ 1058/05.08.2026

Наименование: **МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (МАР)**

Произход: „Агрополихим“ АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването	Норма
1	2	3	4	5	6
1	Външен вид	-	Визуален	гранули със сив цвят	гранули със сив цвят
2	Общ Азот (N)	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	11,4	11,0 ± 1,5
3	Амонячен Азот	%	БДС EN 15475:2009	11,4	11,0 ± 1,5
4	Общ Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅)	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2024	52,3	52,0 ± 1,5
5	Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅), разтворим в неутрален амониев цитрат	%	БДС EN15957:2011 БДС EN15959:2024	52,1	52,0 ± 1,5
6	Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅), разтворим във вода	%	БДС EN15958:2011 БДС EN15959:2024	48,5	47,0 ± 1,5
7	Съдържание на вода	%	БДС EN 13466-1:2003	1,09	макс. 2,0
8	Зърнометричен състав: - фракция 1,0÷5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,3	мин. 98,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Кръчмарова; Д. Демирова
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ



Агрополихим АД
Индустрiuална зона, Девня 9160, България
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: +359 519 97 712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: +359 519 97 557; e-mail: a.hristova@agropolychim.bg